

Protokoll zur Luftanalyse



Protokoll-Nr.	4	Datum	10.07.2026
Messort	Meuselwitz, Restloch Rusendorf – siehe Anlage	Uhrzeit	12:30 Uhr
Auftraggeber	LMBV mbH	Durchführende Person	[Redacted]
Anlass der Messung	Brand Restloch Rusendorf ARHJ 0227		

Verwendetes Messgerät

Messgerät	Hersteller	Seriennummer
Mehrgasmessgerät X-AM-5600	Dräger	[Redacted]

Messergebnisse

Messpunkt	Parameter	Messwert	Einheit	Bewertung
1	O ₂	20,9	Vol. %	☐ i. O. ☒ auffällig
	CO	0,03	ppm	
	CO ₂	0,1	Vol. %	
	H ₂ S	0,00	ppm	
	CH ₄	0,00	Vol. % UEG	
2	O ₂	20,9	Vol. %	☒ i. O. ☐ auffällig
	CO	0,00	ppm	
	CO ₂	0,100	Vol. %	
	H ₂ S	0,00	ppm	
	CH ₄	0,00	Vol. % UEG	

Anmerkungen (z.B. zum Wind)

Wind ca. 8 km/h aus nördliche Richtung

Freigabe / Unterschriften

Durchführende Person Name in Druckbuchstaben / Unterschrift	[Redacted]
Kenntnisnahme Auftraggeber Name in Druckbuchstaben / Unterschrift	[Redacted]





Brandstelle Rusendorf

Weitergabe an Dritte unzulässig

07.07.2026
Christopher